Ustrzyki Dolne, dnia 06.09.2018r.

IZP.272.37.2018

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielonych w dniu 24.08.2018 r. oraz dniu 03.09.2018

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup sprzętu medycznego - Zakup tomografu komp. wraz z dostosow. pom. na Prac. Tomograf. i Centr. Sterylizatornię dla SP ZOZ w Ustrzykach Dol. oraz zakup tomografu komp. z adaptacją Prac.Tomograf. dla Szpitala Woj. w Przemyślu”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) przekazujemy sprostowanie do odpowiedzi zamieszczonych w dniu 24.08.2018 r. oraz w dniu 03.09.2018 r.:

Pytanie 21

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, pkt.29

Zamawiający wymaga rzeczywistej pojemności cieplnej anody lampy rtg min. 5 MHU i jednocześnie dla drugiej lokalizacji (Ustrzyki Dolne) 3,5 MHU (pkt.28), przy identycznych pozostałych parametrach użytkowych, co nie ma uzasadnienia, zwłaszcza w przypadku najnowszych technologii stosujących rozwiązania minimalizujące poziom prądu anody a więc i poziom nagrzewania się anody lampy rtg. Z uwagi na powyższe prosimy o ujednolicenie wymogów i zmianę wartości granicznej parametru na min. 3,5 MHU, co nie zakłóci efektywności pracy tomografu i umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Prawidłowa odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje o rezygnacji z punktacji w poz. 28. Pozycja 28 i 29 załącznika nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

28.	Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy rtg (nie wynikająca z przeliczeń algorytmów poprawiających jakość obrazowania) [MHU] – dla egzemplarza w Ustrzykach Dolnych	>= 3,5		~~największa wartość – 5 pkt., inne – proporcjonalnie mniej~~
29.	Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy rtg (nie wynikająca z przeliczeń algorytmów poprawiających jakość obrazowania) [MHU] – dla egzemplarza w Przemyślu	>= 3,5 ~~5,0~~		największa wartość – 5 pkt., inne – proporcjonalnie mniej

Pytanie 129

Dotyczy punktu 39 tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne”

Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch systemów o różnych parametrach technicznych (np. różne moce generatorów, różne pojemności cieplne lamp). Prosimy o określenie, dla którego z systemów należy podać wartość najkrótszego czasu pełnego obrotu (3600) układu lampa rtg – detektor

Odpowiedź: Wartości należy podać dla obu systemów. Do punktacji zostanie wzięta pod uwagę wartość najlepszego parametru. Taka sposób oceny ofert dotyczy także poz. 4, 8, 14, 15, 18, 25, 26, 29, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 44, 45, 60, 81, 119, 150, 163 załącznika nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Powyższe sprostowanie do wyjaśnień SIWZ jest wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Oryginał podpisał
Starosta Bieszczadzki