

IZP. 272.7.2023

**PYTANIA WYKONAWCÓW – ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

Dotyczy: Dostawa wyposażenia w ramach projektu pod nazwą: Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w strefie przygranicznej.

Zamawiający, Powiat Bieszczadzki, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

l. p	Pytanie	Odpowiedź
1.	Dotyczy pkt 38 OPZ. Prosimy o potwierdzenie, że pojedyncza dźwignia do sterowania kołami aparatu musi również posiadać funkcję hamulca kół aparatu z uwagi na bezpieczeństwo podczas przemieszczania aparatu między salami i podczas pracy na bloku operacyjnym	Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

**Marek Andruch****Starosta Bieszczadzki**